

Оборудование оптического кабинета (к.239)

- Fluoro-Max3 – спектрофлуориметр
- 2Aminco DW2000 -двулучевой/двуволновой, 2 монохроматора, измерение мутных образцов
- Cintra- спектры прозрачных образцов либо мутных с использованием сферы
- Hitachi-557-двулучевой/двуволновой, измерение образцов небольшой мутности
- Agilent – диодная матрица, открытое кюветное отделение, прозрачные образцы
- Экрос типа ФЭК, измерения поглощения от 190 до 1000 нм

• **Сотрудники, обслуживающие кабинет**

Заспа А.А. –инженер-электронщик

Выгодина Т.В.-зав.кабинетом, внс, кбн

Спектрофотометры к.239: FluoroMax, Aminco-Olis, Cintra, Agilent



Общий вид комнаты 239



Общие правила

- Запись на прибор по понедельникам в 13 часов либо на свободное время в журнале. Ключи брать на вахте.
- Работа на приборе фиксируется записью в журнале предварительной или во время работы. Отмечается время работы, № комн и отдел. Неполадки прибора графа «о работе».
- По вопросам работы связаться с Выгодиной к.428 или Заспа к.413